

Audit Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA)

Op 28 februari 2024 heeft de audit op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) plaatsgevonden bij Oogcentrum Noordholland.

Doel onderzoek

De audit op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) is bedoeld om de gang van zaken in de realiteit -op de werkvloer- te vergelijken met de gewenste gang van zaken. De gewenste gang van zaken is eenduidig beschreven in veldnormen en/of instellingsgebonden protocollen.

Onderzoeksmethode

Door middel van een audit formulier, waarin de veldnormen per proces zijn opgenomen, wordt er getoetst of er wordt voldaan aan de veldnorm.

Toetsingskader

Als normkader zijn de onder andere de volgende veldnormen gebruikt:

- Veldnorm Hygiëne- en kledingvoorschrift CSA/CSD
- Veldnorm Professionele standaard Leeninstrumentarium
- Veldnorm Validatie Stoomsterilisatoren

Onderwerpen van de audit

Tijdens de audit worden de volgende onderwerpen beoordeeld:

- Desinfectie ruimte
- Reinigingsproces
 - Persoonlijke hygiëne in de desinfectieruimte
 - Voorreinigen
 - Wasmachine - logboek
 - Wasmachine - dossier
 - Wasmachine - controles
 - Wasmachine voorschriften
 - Wasmachine reinigingsmiddelen
 - Ultrasoon reiniger logboek
 - Ultrasoon reiniger voorschriften
 - Apparatuur overig
 - Beschermingsmiddelen
- Controle ruimte
 - Controleren/ samenstellen
 - Verpakken
- Inpakken
 - Verpakken - samenstellen sets
 - Verpakken sets
- Verpakken en sealen
 - Sealmachine
- Schone ruimte en sterilisator
 - Steriliseren
 - Sterilisator - logboek
 - Sterilisator - dossier

- Sterilisator - controles
- Steriliseren
 - Sterilisatie - beladen
 - Sterilisatie - ontladen
 - Sterilisatie - vrijgeven proces
 - Sterilisatie - leen instrumenten
- Opslag CSA/ Steriel magazijn
 - Opslag
 - Steriele opslagruimte
 - Opslag in magazijnruimtes op OK algemeen
 - Steriel magazijn OK ruimte
 - Opslag steriele hulpmiddelen
 - Behandelkamers
 - Transport en opslag
 - Transportbakken en transport karren
 - Karren
 - Transport
- Hygiëne
 - Persoonlijke hygiëne
 - Garderobe ruimte
 - Persoonlijke hygiëne
 - Kleding

Conclusie

De audit is goed verlopen en aan de meeste punten vanuit de veldnorm wordt voldaan. Tijdens de audit is het Oogcentrum getoetst op 236 punten.

Tijdens de audit zijn zeven verbeterpunten geconstateerd, welke door de kliniek direct zijn opgepakt. Geconstateerde verbeterpunten worden afgehandeld via het systeem voor continue verbetering.